

BOY UZAMA ÇERÇEVESİ

BS 812 standardına uygun olarak agregaların boy endeksi tayini ve betonun kuruma ile çekmesi üzerinde agregaların etkisinin tespiti amaçlı kullanılmaktadır. Maksimum agregata tane iriliği 20mm olan sabit karışım oranlı betonların deneyleri için kullanılır. Düzenek, komple boy ölçüm çerçevesi, 50mm x 50mm x 200mm üç gözlü çelik kalıp, kalıp için çelik pim ve referans çubuğundan oluşur.

Kullanıcı talebi üzerine 0.001mm hassasiyetli dijital komparatör saati veya 0.002mm hassasiyetli mekanik komparatör saati ile birlikte temin edilmektedir.



BÖLGEÇ

EN 932-1, 932-2; ASTM C702; BS 1377, 1924, 812 standartlarına uygun levha çelikten imal edilen ve elektrostatik toz boya ile kaplanan bölgeçler homojen ve hızlı numune hazırlama amaçlı kullanılır. Her bir bölgeç komple 3 (üç) adet toplama kabı ile birlikte temin edilmektedir.



Göz Açıklığı	Göz Sayısı
7 mm	göz sayısı 12
13 mm	göz sayısı 12
15 mm	göz sayısı 12
19 mm	göz sayısı 10
25 mm	göz sayısı 10
30 mm	göz sayısı 10
38 mm	göz sayısı 8
50 mm	göz sayısı 8
64 mm	göz sayısı 8

ARMAtest

Laboratuvar Test Cihazları İmalat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi
Ahi Evran Caddesi 32. Sokak No: 18/17 Ostim – Ankara
Tel: 0312 386 0876 **Faks:** 0312 386 0847
www.armatest.com info@armatest.com

